

HISCLコード表

注意：HISCLのカテゴリー：「5」

赤字は2018年10月以降追加した箇所

A. 測定項目コード表一覧

項目名	項目コード	分類	方法 ※1	機器 ※1	校正 ※1	温度 ※1	試薬ロット ※2	単位	単位名
HBsAg(抗原)	5F807	0	01	FDB501	57	08	999	46	IU/mL
HBsAb(抗体)	5F851	0	01	FDB501	57	08	999	55	mIU/mL
HBeAg(抗原)	5F861	0	01	FDB501	57	08	999	51	C.O.I
HBeAb(抗体)	5F871	0	01	FDB501	57	08	999	36	Inh%
HBcAb(抗体)	5F881	0	01	FDB501	57	08	999	51	C.O.I
HCVAb(抗体)	5F818	0	01	FDB501	57	08	999	51	C.O.I
HIVAb(抗体)	5F837	0	01	FDB501	57	08	999	51	C.O.I
HIVAg+Ab	5F904	0	01	FDB501	57	08	999	51	C.O.I
HTLVAb(抗体)	5F847	0	01	FDB501	57	08	999	51	C.O.I
TPAb(抗体)	5F827	0	01	FDB501	57	08	999	51	C.O.I
TSH	5F901	0	01	FDB501	57	08	999	23	μ IU/mL
FT3	5F902	0	01	FDB501	57	08	999	27	pg/mL
FT4	5F903	0	01	FDB501	57	08	999	28	ng/dL
PSA	5D305	0	01	FDB501	57	08	999	07	ng/mL
CEA	5D010	0	01	FDB501	57	08	999	07	ng/mL
AFP	5D015	0	01	FDB501	57	08	999	07	ng/mL
CA19-9	5D130	0	01	FDB501	57	08	999	22	U/mL
フェリチン	5C095	0	01	FDB501	57	08	999	07	ng/mL
インスリン	4G010	0	01	FDB501	57	08	999	23	μ IU/mL
CA125	5D100	0	01	FDB501	57	08	999	22	U/mL
CA125 ※3	5D100	1	01	FDB501	57	08	999	22	U/mL
PIC	2B280	0	01	FDB501	57	08	999	06	μ g/mL
TAT	2B210	0	01	FDB501	57	08	999	07	ng/mL
TM	2B730	0	01	FDB501	57	08	999	35	TU/mL
tPAIC	2B340	0	01	FDB501	57	08	999	07	ng/mL
TnT	5C093	0	01	FDB501	57	08	999	07	ng/mL
NT-ProBNP	4Z272	0	01	FDB501	57	08	999	27	pg/mL
TARC	5J228	0	01	FDB501	57	08	999	27	pg/mL
ANP	4Z270	0	01	FDB501	57	08	999	27	pg/mL
M2BPGi	5C801	0	01	FDB501	57	08	999	51	C.O.I
SP-A	3F250	0	01	FDB501	57	08	999	07	ng/mL
CA15-3	5D120	0	01	FDB501	57	08	999	22	U/mL
PIVKA2	5D520	0	01	FDB501	57	08	999	29	mAu/mL
KL-6	5C210	0	01	FDB501	57	08	999	22	U/mL
HCVGr1	5F391	0	01	FDB501	57	08	999	51	C.O.I
HCVGr2	5F392	0	01	FDB501	57	08	999	51	C.O.I
PG I	3B340	0	01	FDB501	57	08	999	07	ng/mL
PG II	3B345	0	01	FDB501	57	08	999	07	ng/mL
HCG	4F080	0	01	FDB501	57	08	999	55	mIU/mL
プレセプシン	5C216	0	01	FDB501	57	08	999	27	pg/mL

※1:分類、方法、機器、校正、温度は、全項目共通で固定です。

※2:試薬ロットは、試薬ボトルの製造番号の下3桁を記入して下さい。但し、試薬のロット管理をしない場合は「999」として下さい。

※3:分類コード1のCA125は、HISCL CA125 II 試薬専用です。

B. コントロールロットの記入方法

対象項目	コントロール試料	箱ロット(例)	ロット番号記入方法(例) ※1 レベル1 / レベル2 / レベル3
HCVAb, HIVAb, HIV Ag+Ab HTLV-I, TPAb, HBsAg,	ウイラトロール	VR-023	1VR-123 / 2VR-223
HIV Ag+Ab	HISCL HIV Ag+Ab コントロール	QNIC-003	1QNIC-103/2QNIC-203 / 3QNIC-303
HBsAg, HBeAg	HBV イムノアッセイコントロール (HBV 抗原)	HB-005	1HBG-105 / 2HBG-205
HBsAb, HBeAb, HBcAb	HBV イムノアッセイコントロール (HBV 抗体)		1HBB-105 / 2HBB-205
フェリチン	セロトロール 1X・2X	SE-014	1SE-114-H / 2SE-214-H ※2
PSA, CEA, AFP, フェリチン CA19-9, インスリン, CA125, CA15-3, TSH, FT3, FT4, HCG	イムノマルチコントロール	QQIM-001	1QQIM-101/ 2QQIM-201
PIC	PIC コントロール(ラテックスヨウ)	ZS0005	1PIC0005L / 2PIC0005H ※3
	PIC コントロール	GPI-003	1QPI-103 / 2QPI-203
TAT	TAT コントロール・ネオ・F	ZS1003	1TAT1003L / 2TAT1003H ※3
	TAT コントロール	QTA-007	1QTA-107 / 2QTA-207
TM	TM コントロール・F	ZS0001	1TM0001L / 2TM0001H ※3
	TM コントロール	QTM-004	1QTM-104 / 2QTM-204
tPAIC	TPAI・C コントロール・F	ZS0001	1TPA0001L / 2TPA0001H ※3
	TPAI・C コントロール	QTP-003	1QTP-103 / 2QTP-203
TnT, NT-ProBNP	心筋マーカーコントロール	QQNT-002	1QQNT-102 / 2QQNT-202
SP-A	SP-A コントロール	QNSA-006	1QNSA-106 / 2QNSA-206
TARC	TARC コントロール	QTR003	1QTR103 / 2QTR203 ※4
ANP	ANP コントロール	QAN001	1QAN101 / 2QAN201 ※4
M2BPGi	M2BPGI コントロール	QNMB-003	1QNMB-103 / 2QNMB-203
PIVKA2, KL-6	エイテスト コントロールセット	6301D	1EH6301DL / 2EH6301DH
		801MAO	1801MAOL / 2801MAOH
HCVGr1, HCVGr2	HCV Gr コントロール	QNCG-004	1QNCG-104 / 2QNCG-204 / 3NCG-304
PG I	PG I コントロール	KA1625	1PG1-625L / 2 PG1-625H
PG II	PG II コントロール	KA1625	1PG2-625L / 2 PG2-625H
プレセプシン	プレセプシン コントロール	QNPS-001	1QNPS-101 / 2QNPS-201

※1:ロット番号記入方法の一桁目の数字はレベルを示します。HISCL 装置の画面からロット番号を入力する場合、レベルを示す数字(一桁目の数字)は不要です。

※2:セロトロール 1X・2X を HISCL で使用する場合は、ロット番号の末尾に「-H」を追記して下さい。

例) セロトロール 1X・2X Lot SE-009 の場合、SE-109-H、SE-209-H と入力して下さい。

※3:TAT, PIC, TM, tPAIC の ZS で始まる箱ロット(製造番号)の場合、2桁のアルファベット(ZS)と4桁の数字ですが、集計ロットでは、項目名略称(PIC, TAT, TM, TPA)後に4桁の数字(0005, 1003 など)を付け、末尾にレベル1の場合は「L」、レベル2の場合は「H」を追記して下さい。

※4:TARC と ANP のロット番号にはハイフンは不要です。

以上