


掲示板機能

掲示板機能とは、ご施設・部署・チームなどに向けて、情報発信・掲示するための機能です。ご施設内での日勤から当直のご担当者様への引継ぎ事項など、同じ場所でやり取りできるとともに、シスメックスからのお知らせも受け取ることができます。

- ◆ 施設のユーザー同士のコミュニケーションツールとしてのご利用
- ◆ シスメックス→ご施設への伝言機能



●ログイン後、マイページから[掲示板]を選択します。

事前にメンバー登録を済ませておく必要がございます。

The screenshot shows the Sysmex user interface. At the top, there is a navigation bar with options like '検索', 'お問い合わせ', 'お知らせ', and 'マイページ'. Below this, there is a main navigation area with '製品/ソリューションサービス +', 'サポート +', and '学習/'. On the right side, there is a vertical menu with options like '施設情報', '登録情報', '施設メンバー管理', '利用製品一覧', '問い合わせ・予約・申込', '掲示板', '会員情報', and 'ログアウト'. The '掲示板' option is highlighted with a red box. Below the navigation, there are several promotional banners for 'Caresphere™ XQC', 'Caresphere™ Academy モバイルアプリ', and '外部精度管理 参加証お申し込み'.

1) 【グループを作成する】[新規作成]を選択します。

The screenshot shows the Sysmex support portal interface. At the top, there is a navigation bar with the Sysmex logo and tagline 'Together for a better healthcare journey'. Below the logo, there are links for '医療従事者向けサイト' (Site for medical professionals) and 'サポートインフォメーション' (Support information). On the right, there are icons for search, contact, notifications, and my page. The main navigation bar has three tabs: '製品/ソリューションサービス +', 'サポート +', and '学習/セミナー +'. The breadcrumb trail is 'HOME > 掲示板一覧'. The main heading is '掲示板一覧'. Below the heading, there is a message: '施設メンバー間でご利用いただける掲示板です。掲示板グループの作成および確認は、グループ管理ボタンから進んでください。 ※お客様が作成した掲示板をシスメックス担当者は閲覧することはできません。' (This bulletin board can be used by facility members. To create and confirm bulletin board groups, please proceed from the group management button. *We cannot view bulletin boards created by our customers.) Below the message, there are two buttons: '新規作成 >' (highlighted with a red box) and 'グループ管理'. At the bottom, there is a table header for '掲示板一覧' with columns: '件名', '対象機器 装置ID', and '最終更新日時 最終更新者'. The current usage is '現在の使用領域 0MB / 1000MB'.

2) 【グループを作成する】グループ名を入力し、任意のメンバーに☑を付けます。

The screenshot shows the Sysmex support portal interface for 'グループ新規登録' (Group New Registration). The breadcrumb trail is 'HOME > 掲示板管理 > グループ管理 > グループ新規登録'. The main heading is 'グループ新規登録'. Below the heading, there is a form with two sections: 'グループ名' (required) and 'メンバー' (required). The 'グループ名' field contains '血液一般検査室' and is highlighted with a red box. The 'メンバー' section has a message: '掲示板を共有するメンバーにチェックを入れてください。' (Please check the members you want to share the bulletin board with.) Below the message, there are two checkboxes: '全員を選択' (checked) and '山田花子確認' (checked). At the bottom, there is a '登録 >' button.

3) 【グループを作成する】[登録を確定する]を選択します。

sysmex | Together for a better healthcare journey | 医療従事者向けサイト | サポートインフォメーション

絞込み検索 | お問い合わせ | お知らせ | マイページ

製品/ソリューションサービス + | サポート + | 学習/セミナー +

HOME > 掲示板管理 > グループ管理 > グループ新規登録

グループ新規登録

※は必須

グループ名 ※	血液一般検査室
メンバー ※	山田花子確認

戻る | **登録を確定する >**

● 「スレッド」を作成する。

1) [新規作成]を選択します。

sysmex | Together for a better healthcare journey | 医療従事者向けサイト | サポートインフォメーション

絞込み検索 | お問い合わせ | お知らせ | マイページ

製品/ソリューションサービス + | サポート + | 学習/セミナー +

HOME > 掲示板一覧

掲示板一覧

施設メンバー間でご利用いただける掲示板です。
掲示板グループの作成および確認は、グループ管理ボタンから進んでください。

※お客様が作成した掲示板をシスメックス担当者は閲覧することはできません。

新規作成 > | グループ管理

掲示板一覧 | 現在の使用領域 0MB / 1000MB

件名	対象機器 装置ID	最終更新日時 最終更新者
----	--------------	-----------------

2) 必須事項のグループ名の選択、件名、本文を入力し、[登録]を選択します。

※対象機種種の選択やファイルの添付は、必要に応じてご利用ください。

sysmex Together for a better healthcare journey 医療従事者向けサイト サポートインフォメーション

検索アイコン お問い合わせ お知らせ マイページ

製品/ソリューションサービス + サポート + 学習/セミナー +

HOME > 掲示板一覧 > 掲示板・スレッド作成

掲示板・スレッド作成

グループ管理

グループ名 必須	<input type="text" value="●血液一般検査室"/>
件名 必須	<input type="text" value="【引継ぎ】試薬交換と精度管理について"/>
本文 必須	<p>引継ぎ事項： ・希釈液と染色液は交換済みです。 ・QCはWBCが高めでしたので、フローセルを洗浄しておきました。</p>
対象機器	利用製品から選ぶ >
添付ファイル	<p>3個までファイル添付可能です。</p> <p>ここにファイルをドラッグ&ドロップしてください。 または</p> <p>添付ファイルを選択</p>

[登録 >](#)

ご利用ガイド > メルマガサービス登録 > よくある質問 >
プライバシーポリシー 免責事項 > サイトの利用規約 >

● 「スレッド」を追加する。


1) コメントを追加したいスレッドを選択します。

The screenshot shows the Sysmex support portal interface. At the top, there is a navigation bar with the Sysmex logo, a search bar, and utility icons. Below this is a main navigation bar with categories like '製品/ソリューションサービス', 'サポート', and '学習/セミナー'. The main content area is titled '掲示板一覧' (Bulletin Board List). It contains a table of posts. The second post is highlighted with a red box. The post details are as follows:

件名	対象機器 装置ID	最終更新日時 最終更新者
神戸太郎さんは10/5-10/6は不在です。		2024/10/09 13:08 山田花子確認
【引継ぎ】 試薬交換と精度管理について		2024/10/08 17:35 山田花子確認

Additional information from the screenshot includes: 'HOME > 掲示板一覧', '施設メンバー間をご利用いただける掲示板です。', '新規作成 >', 'グループ管理', '現在の使用領域 0MB / 1000MB', '1-2件/2件中', and a footer with links for 'ご利用ガイド', 'メルマガサービス登録', 'よくある質問', 'プライバシーポリシー', '免責事項', and 'サイトの利用規約'.

2) コメントを入力し、[登録]を選択することで、掲示板に表示されます。



Together for a better healthcare journey

医療従事者向けサイト
サポートインフォメーション

絞込み検索 お問い合わせ お知らせ マイページ

●●●● 様

製品/ソリューションサービス + サポート + 学習/セミナー +

HOME > 掲示板一覧 > 掲示板詳細

掲示板

作成者: 田中次郎様 作成日時: 2024-10-08 17:35:38
最終更新者: 山田花子様 最終更新日: 2024-10-08 17:35:38

変更する 削除

グループ	血液一般検査室
件名	【引継ぎ】試薬交換と精度管理について
本文	引継ぎ事項: ・希釈液と染色液は交換済みです。 ・QCはWBCが高めでしたので、フローセルを洗浄しておきました。
対象機器	
添付ファイル	

コメントをする

確認しました。ありがとうございます。

1個までファイル添付可能です。

ここにファイルをドラッグ&ドロップしてください。
または

添付ファイルを選択

登録 >

コメント 全0件

ご利用ガイド > メルマガサービス登録 > よくある質問 >
プライバシーポリシー > 免責事項 > サイトの利用規約 >

Copyright© Sysmex Corporation, All Rights Reserved.

● 「スレッド」を変更する。

※作成者本人または管理者のみが変更可能です。

1) 変更したいスレッドを選択し、[変更する]を選択します。

事前にメンバー登録を済ませておく必要があります。

The screenshot shows the Sysmex support portal interface. At the top, there is a navigation bar with the Sysmex logo and the tagline 'Together for a better healthcare journey'. Below the logo, it says '医療従事者向けサイト サポートインフォメーション'. On the right side of the navigation bar, there are icons for search, contact, notifications, and user profile. Below the navigation bar, there are three main menu items: '製品/ソリューションサービス +', 'サポート +', and '学習/セミナー +'. The main content area is titled '掲示板' (Bulletin Board). Below the title, there is a breadcrumb trail: 'HOME > 掲示板一覧 > 掲示板詳細'. The main content area displays a thread with the following information: '作成者: 田中次郎確認 作成日時: 2024-10-08 17:35:38', '最終更新者: 山田花子確認 最終更新日: 2024-10-08 17:35:38'. To the right of this information, there are two buttons: '変更する' (Change) and '削除' (Delete). The '変更する' button is highlighted with a red box. Below the thread information, there is a table with the following columns: 'グループ' (Group), '件名' (Subject), '本文' (Content), and '対象機種' (Target Model). The 'グループ' column contains '血液一般検査室' (Blood General Examination Room). The '件名' column contains '【引継ぎ】 試薬交換と精度管理について' (Handover: Reagent Replacement and Accuracy Management). The '本文' column contains '引継ぎ事項: ・希釈液と染色液は交換済みです。 ・QCIはWBCが高めでしたので、フローセルを洗浄しておきました。' (Handover items: ・Dilution liquid and staining liquid have been replaced. ・QCI was high for WBC, so the flow cell was cleaned). The '対象機種' column is empty.

2) 変更したいグループ名の選択、件名、本文を修正し、[登録]を選択します。

※対象機種種の選択やファイルの添付は、必要に応じてご活用ください。

The screenshot shows the Sysmex support portal interface for editing a thread. On the left side, there is a form with three sections: 'グループ名' (Group Name) with a red '必須' (Required) label, '件名' (Subject) with a red '必須' (Required) label, and '本文' (Content) with a red '必須' (Required) label. The 'グループ名' dropdown menu is highlighted with a red box and shows '●血液一般検査室' (Blood General Examination Room). The '件名' text area is highlighted with a red box and contains '【引継ぎ】 試薬交換と精度管理について' (Handover: Reagent Replacement and Accuracy Management). The '本文' text area is highlighted with a red box and contains '引継ぎ事項: ・希釈液と染色液は交換済みです。 ・QCIはWBCが高めでしたので、フローセルを洗浄しておきました。' (Handover items: ・Dilution liquid and staining liquid have been replaced. ・QCI was high for WBC, so the flow cell was cleaned). On the right side, there is a '登録' (Register) button.

以上