

< XN CHECK™ 表示値表 > XN-30/XN-31 用

Lot No. 43011101

Exp. date 2025年1月26日

L1 : Level 1

	RBC 10 ⁴ /μL	HGB g/dL	HCT %	MCV fL	MCH pg	MCHC g/dL	PLT 10 ⁴ /μL
TARGET	261	6.2	18.8	72.1	23.8	33.0	9.1
LIMIT	13	0.2	1.9	3.6	2.1	5.0	7.3

	RDW-SD fL	RDW-CV %	PDW fL	PCT %	MPV fL	P-LCR %
TARGET	48.9	19.2	6.4	0.08	8.3	8.3
LIMIT	4.9	1.9	5.1	0.09	9.0	30.0

	WBC-M 10 ² /μL	MI-RBC# 10 ² /μL	MI-RBC% %
TARGET	31.2	1.74	0.0067
LIMIT	3.1	0.87	0.0034

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。

XN CHECK の取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。

コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。

また、使用後は、速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。