

XN CHECK™ LT 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level1	

ロット番号	
52091101	

使用期限	
2025/10/19	

Parameters		Target	Limit	Barcode
RBC	10 ⁴ /μL	240	12	
HGB	g/dL	5.8	0.3	
HCT	%	17.4	1.7	
MCV	fL	72.4	3.6	
MCH	pg	24.2	2.2	
MCHC	g/dL	33.3	5.0	

Parameters		Target	Limit	Barcode
PLT-I	10 ⁴ /μL	8.2	6.6	
RDW-SD	fL	49.1	4.9	
RDW-CV	%	18.6	1.9	
PDW	fL	7.0	5.6	
PCT	%	0.08	0.09	
MPV	fL	9.2	9.0	
P-LCR	%	13.8	30.0	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。

XN CHECK™ LT 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level1	

ロット番号	
52091101	

使用期限	
2025/10/19	

Parameters		Target	Limit	Barcode
WBC-C	10 ² /μL	32.7	3.3	
WBC-D	10 ² /μL	31.1	3.1	
NEUT#	10 ² /μL	12.1	2.4	
LYMPH#	10 ² /μL	11.4	4.6	
MONO#	10 ² /μL	3.1	2.5	
EO#	10 ² /μL	2.9	1.5	
BASO#	10 ² /μL	1.6	1.2	

Parameters		Target	Limit	Barcode
IG#	10 ² /μL	3.1	0.9	
NEUT%	%	38.9	7.8	
LYMPH%	%	36.7	14.7	
MONO%	%	9.9	7.9	
EO%	%	9.2	4.6	
BASO%	%	5.3	4.1	
IG%	%	10.1	3.0	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。