

XN CHECK™ LT 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level1	

ロット番号	
52101101	

使用期限	
2025/10/19	

Parameters		Target	Limit	Barcode
RBC	10 ⁴ /μL	229	11	
HGB	g/dL	5.3	0.3	
HCT	%	16.0	1.6	
MCV	fL	70.0	3.5	
MCH	pg	23.1	2.1	
MCHC	g/dL	33.1	5.0	

Parameters		Target	Limit	Barcode
PLT-I	10 ⁴ /μL	7.3	5.8	
RDW-SD	fL	49.3	4.9	
RDW-CV	%	19.4	1.9	
PDW	fL	7.3	5.8	
PCT	%	0.07	0.08	
MPV	fL	9.3	9.0	
P-LCR	%	14.7	30.0	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。

XN CHECK™ LT 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level1	

ロット番号	
52101101	

使用期限	
2025/10/19	

Parameters		Target	Limit	Barcode
WBC-C	10 ² /μL	32.2	3.2	
WBC-D	10 ² /μL	30.6	3.1	
NEUT#	10 ² /μL	12.0	2.4	
LYMPH#	10 ² /μL	11.1	4.4	
MONO#	10 ² /μL	3.0	2.4	
EO#	10 ² /μL	2.9	1.5	
BASO#	10 ² /μL	1.6	1.2	

Parameters		Target	Limit	Barcode
IG#	10 ² /μL	3.1	0.9	
NEUT%	%	38.9	7.8	
LYMPH%	%	36.4	14.6	
MONO%	%	9.8	7.8	
EO%	%	9.6	4.8	
BASO%	%	5.3	4.1	
IG%	%	10.2	3.1	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。