< XN CHECK™ 表示値表 > XN-30/XN-31 用

Lot No. 52151101

Exp. date 2025年11月2日

L1 : Level 1

	RBC 10 ⁴ /μL	HGB g/dL	HCT %	MCV fL	MCH pg	MCHC g/dL	PLT 10 ⁴ /μL
TARGET	259	6.1	18.4	70.9	23.6	33.2	8.4
LIMIT	13	0.2	1.8	3.5	2.1	5.0	6.7

	RDW-SD fL	RDW-CV %	PDW fL	PCT %	MPV fL	P-LCR %
TARGET	45.8	18.1	7.1	0.07	8.9	11.9
LIMIT	4.6	1.8	5.7	0.08	9.0	30.0

	WBC-M 10 ² /μL	MI-RBC# 10 ² /μL	MI-RBC% %
TARGET	30.7	1.62	0.0063
LIMIT	3.1	0.81	0.0032

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。

XN CHECK の取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。

コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。

また、使用後は、速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。