

＜ XN CHECKTM 表示値表 ＞ XN-30/XN-31 用

Lot No. **52711101**

Exp. date **2025年12月28日**

L1 : Level 1

	RBC 10 ⁴ /μL	HGB g/dL	HCT %	MCV fL	MCH pg	MCHC g/dL	PLT 10 ⁴ /μL
TARGET	260	5.9	18.0	69.3	22.7	32.8	7.9
LIMIT	13	0.2	1.8	3.5	2.0	4.9	6.3

	RDW-SD fL	RDW-CV %	PDW fL	PCT %	MPV fL	P-LCR %
TARGET	47.4	19.5	6.3	0.06	8.0	5.6
LIMIT	4.7	2.0	5.0	0.07	9.0	30.0

	WBC-M 10 ² /μL	MI-RBC# 10 ² /μL	MI-RBC% %
TARGET	31.4	1.80	0.0069
LIMIT	3.1	0.90	0.0035

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。

XN CHECK の取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。

コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。

また、使用後は、速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。