

XN CHECK™ LT 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level1	

ロット番号	
53211101	

使用期限	
2026/02/08	

Parameters		Target	Limit	Barcode
RBC	10 ⁴ /μL	232	12	
HGB	g/dL	5.7	0.3	
HCT	%	17.2	1.7	
MCV	fL	74.1	3.7	
MCH	pg	24.6	2.2	
MCHC	g/dL	33.1	5.0	

Parameters		Target	Limit	Barcode
PLT-I	10 ⁴ /μL	8.1	6.5	
RDW-SD	fL	50.3	5.0	
RDW-CV	%	18.6	1.9	
PDW	fL	6.5	5.2	
PCT	%	0.07	0.08	
MPV	fL	8.5	9.0	
P-LCR	%	7.0	30.0	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。

XN CHECK™ LT 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level1	

ロット番号	
53211101	

使用期限	
2026/02/08	

Parameters		Target	Limit	Barcode
WBC-C	10 ² /μL	32.6	3.3	
WBC-D	10 ² /μL	31.0	3.1	
NEUT#	10 ² /μL	12.8	2.6	
LYMPH#	10 ² /μL	10.2	4.1	
MONO#	10 ² /μL	3.2	2.6	
EO#	10 ² /μL	3.1	1.6	
BASO#	10 ² /μL	1.7	1.3	

Parameters		Target	Limit	Barcode
IG#	10 ² /μL	3.3	1.0	
NEUT%	%	41.0	8.2	
LYMPH%	%	32.9	13.2	
MONO%	%	10.5	8.4	
EO%	%	10.0	5.0	
BASO%	%	5.6	4.4	
IG%	%	10.6	3.2	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。