

< XN CHECK™ 表示値表 >      XN-30/XN-31 用

Lot No. 60181101

Exp. date 2026年4月19日

L1 : Level 1

	RBC $10^4/\mu\text{L}$	HGB g/dL	HCT %	MCV fL	MCH pg	MCHC g/dL	PLT $10^4/\mu\text{L}$
TARGET	261	6.2	18.6	71.3	23.8	33.3	7.9
LIMIT	13	0.2	1.9	3.6	2.1	5.0	6.3

	RDW-SD fL	RDW-CV %	PDW fL	PCT %	MPV fL	P-LCR %
TARGET	46.7	18.4	6.8	0.07	8.5	9.1
LIMIT	4.7	1.8	5.4	0.08	9.0	30.0

	WBC-M $10^2/\mu\text{L}$	MI-RBC# $10^2/\mu\text{L}$	MI-RBC% %
TARGET	31.5	1.61	0.0062
LIMIT	3.2	0.81	0.0031

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。

XN CHECK の取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。

コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。

また、使用後は、速やかに冷蔵庫(2~8°C)にて保管してください。