

< XN CHECK™ 表示値表 >

XN-30/XN-31 用

Lot No. 61301101

Exp. date 2026年8月9日

L1 : Level 1

	RBC 10 <sup>4</sup> /μL	HGB g/dL	HCT %	MCV fL	MCH pg	MCHC g/dL	PLT 10 <sup>4</sup> /μL
TARGET	263	6.2	19.1	72.5	23.6	32.5	8.3
LIMIT	13	0.2	1.9	3.6	2.1	4.9	6.6

	RDW-SD fL	RDW-CV %	PDW fL	PCT %	MPV fL	P-LCR %
TARGET	50.1	19.6	6.5	0.07	8.4	7.7
LIMIT	5.0	2.0	5.2	0.08	9.0	30.0

	WBC-M 10 <sup>2</sup> /μL	MI-RBC# 10 <sup>2</sup> /μL	MI-RBC% %
TARGET	32.1	1.73	0.0066
LIMIT	3.2	0.87	0.0033

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。

XN CHECK の取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。

コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。

また、使用後は、速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。