

XN CHECK™ LT 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level1	

ロット番号	
61801101	

使用期限	
2026/09/20	

Parameters		Target	Limit	Barcode
RBC	10 ⁴ /μL	236	12	
HGB	g/dL	5.5	0.3	
HCT	%	16.7	1.7	
MCV	fL	70.7	3.5	
MCH	pg	23.3	2.1	
MCHC	g/dL	32.9	4.9	

Parameters		Target	Limit	Barcode
PLT-I	10 ⁴ /μL	8.1	6.5	
RDW-SD	fL	49.1	4.9	
RDW-CV	%	19.1	1.9	
PDW	fL	6.8	5.4	
PCT	%	0.07	0.08	
MPV	fL	8.7	9.0	
P-LCR	%	8.9	30.0	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。

XN CHECK™ LT 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level1	

ロット番号	
61801101	

使用期限	
2026/09/20	

Parameters		Target	Limit	Barcode
WBC-C	10 ² /μL	32.2	3.2	
WBC-D	10 ² /μL	30.6	3.1	
NEUT#	10 ² /μL	12.7	2.5	
LYMPH#	10 ² /μL	9.9	4.0	
MONO#	10 ² /μL	3.2	2.6	
EO#	10 ² /μL	3.1	1.6	
BASO#	10 ² /μL	1.7	1.3	

Parameters		Target	Limit	Barcode
IG#	10 ² /μL	3.4	1.0	
NEUT%	%	41.7	8.3	
LYMPH%	%	32.4	13.0	
MONO%	%	10.3	8.2	
EO%	%	10.1	5.1	
BASO%	%	5.5	4.3	
IG%	%	10.9	3.3	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。