







XN CHECK™ LT 表示値表







XN-Lシリーズ用

| | |
|-------------------|---|
| マテリアル |  |
| XN Control Level2 | |

| | |
|----------|---|
| ロット番号 |  |
| 42391102 | |

| | |
|------------|--|
| 使用期限 |  |
| 2024/11/17 | |

| Parameters | | Target | Limit | Barcode |
|------------|---------------------|--------|-------|--|
| RBC | 10 ⁴ /μL | 433 | 22 |  |
| HGB | g/dL | 11.9 | 0.5 |  |
| HCT | % | 34.6 | 3.5 |  |
| MCV | fL | 80.0 | 4.0 |  |
| MCH | pg | 27.5 | 2.2 |  |
| MCHC | g/dL | 34.4 | 4.8 |  |

| Parameters | | Target | Limit | Barcode |
|------------|---------------------|--------|-------|---|
| PLT-I | 10 ⁴ /μL | 23.3 | 3.5 |  |
| RDW-SD | fL | 48.1 | 4.8 |  |
| RDW-CV | % | 16.4 | 1.6 |  |
| PDW | fL | 9.1 | 1.5 |  |
| PCT | % | 0.24 | 0.07 |  |
| MPV | fL | 10.3 | 0.9 |  |
| P-LCR | % | 23.8 | 35.7 |  |

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。








XN CHECK™ LT 表示値表








XN-Lシリーズ用

| | |
|-------------------|---|
| マテリアル |  |
| XN Control Level2 | |

| | |
|----------|---|
| ロット番号 |  |
| 42391102 | |

| | |
|------------|--|
| 使用期限 |  |
| 2024/11/17 | |

| Parameters | Target | Limit | Barcode | |
|------------|---------------------|-------|---------|--|
| WBC-C | 10 ² /μL | 77.7 | 7.0 |  |
| WBC-D | 10 ² /μL | 72.8 | 5.8 |  |
| NEUT# | 10 ² /μL | 31.4 | 4.7 |  |
| LYMPH# | 10 ² /μL | 21.8 | 4.4 |  |
| MONO# | 10 ² /μL | 7.9 | 4.7 |  |
| EO# | 10 ² /μL | 7.5 | 3.8 |  |
| BASO# | 10 ² /μL | 4.2 | 3.3 |  |

| Parameters | Target | Limit | Barcode | |
|------------|---------------------|-------|---------|---|
| IG# | 10 ² /μL | 8.2 | 2.5 |  |
| NEUT% | % | 43.0 | 6.5 |  |
| LYMPH% | % | 29.9 | 6.0 |  |
| MONO% | % | 10.9 | 6.5 |  |
| EO% | % | 10.4 | 5.2 |  |
| BASO% | % | 5.8 | 4.5 |  |
| IG% | % | 11.2 | 3.4 |  |

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。