

XN CHECK™ LT 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level2	

ロット番号	
50991102	

使用期限	
2025/06/29	

Parameters		Target	Limit	Barcode
RBC	10 ⁴ /μL	434	22	
HGB	g/dL	12.1	0.5	
HCT	%	35.5	3.6	
MCV	fL	81.7	4.1	
MCH	pg	27.9	2.2	
MCHC	g/dL	34.1	4.8	

Parameters		Target	Limit	Barcode
PLT-I	10 ⁴ /μL	22.7	3.4	
RDW-SD	fL	45.7	4.6	
RDW-CV	%	15.4	1.5	
PDW	fL	8.4	1.3	
PCT	%	0.21	0.06	
MPV	fL	9.1	0.8	
P-LCR	%	14.0	21.0	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。

XN CHECK™ LT 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level2	

ロット番号	
50991102	

使用期限	
2025/06/29	

Parameters		Target	Limit	Barcode
WBC-C	10 ² /μL	77.5	7.0	
WBC-D	10 ² /μL	73.0	5.8	
NEUT#	10 ² /μL	31.3	4.7	
LYMPH#	10 ² /μL	21.9	4.4	
MONO#	10 ² /μL	7.6	4.6	
EO#	10 ² /μL	7.9	4.0	
BASO#	10 ² /μL	4.3	3.4	

Parameters		Target	Limit	Barcode
IG#	10 ² /μL	8.1	2.4	
NEUT%	%	42.8	6.4	
LYMPH%	%	30.1	6.0	
MONO%	%	10.4	6.2	
EO%	%	10.8	5.4	
BASO%	%	5.9	4.6	
IG%	%	11.1	3.3	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。