

XN CHECK™ LT 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level2	

ロット番号	
53221102	

使用期限	
2026/02/08	

Parameters		Target	Limit	Barcode
RBC	10 ⁴ /μL	439	22	
HGB	g/dL	11.9	0.5	
HCT	%	35.0	3.5	
MCV	fL	79.7	4.0	
MCH	pg	27.1	2.2	
MCHC	g/dL	34.0	4.8	

Parameters		Target	Limit	Barcode
PLT-I	10 ⁴ /μL	22.5	3.4	
RDW-SD	fL	48.9	4.9	
RDW-CV	%	16.9	1.7	
PDW	fL	8.5	1.4	
PCT	%	0.21	0.06	
MPV	fL	9.5	0.9	
P-LCR	%	15.8	23.7	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。

XN CHECK™ LT 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level2	

ロット番号	
53221102	

使用期限	
2026/02/08	

Parameters		Target	Limit	Barcode
WBC-C	10 ² /μL	78.8	7.1	
WBC-D	10 ² /μL	74.1	5.9	
NEUT#	10 ² /μL	32.3	4.8	
LYMPH#	10 ² /μL	22.4	4.5	
MONO#	10 ² /μL	7.2	4.3	
EO#	10 ² /μL	7.9	4.0	
BASO#	10 ² /μL	4.3	3.4	

Parameters		Target	Limit	Barcode
IG#	10 ² /μL	8.4	2.5	
NEUT%	%	43.5	6.5	
LYMPH%	%	30.2	6.0	
MONO%	%	9.7	5.8	
EO%	%	10.7	5.4	
BASO%	%	5.9	4.6	
IG%	%	11.3	3.4	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。