

XN CHECK™ ST 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level2	

ロット番号	
61801102	

使用期限	
2026/09/20	

Parameters		Target	Limit	Barcode
RBC	10 ⁴ /μL	439	22	
HGB	g/dL	12.1	0.5	
HCT	%	35.6	3.6	
MCV	fL	81.2	4.1	
MCH	pg	27.6	2.2	
MCHC	g/dL	34.0	4.8	

Parameters		Target	Limit	Barcode
PLT-I	10 ⁴ /μL	22.1	3.3	
RDW-SD	fL	46.8	4.7	
RDW-CV	%	15.8	1.6	
PDW	fL	8.6	1.4	
PCT	%	0.21	0.06	
MPV	fL	9.6	0.9	
P-LCR	%	17.5	26.3	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。

XN CHECK™ ST 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level2	

ロット番号	
61801102	

使用期限	
2026/09/20	

Parameters		Target	Limit	Barcode
WBC-C	10 ² /μL	77.1	6.9	
WBC-D	10 ² /μL	71.9	5.8	
NEUT#	10 ² /μL	31.5	4.7	
LYMPH#	10 ² /μL	20.9	4.2	
MONO#	10 ² /μL	7.4	4.4	
EO#	10 ² /μL	7.8	3.9	
BASO#	10 ² /μL	4.3	3.4	

Parameters		Target	Limit	Barcode
IG#	10 ² /μL	8.2	2.5	
NEUT%	%	43.9	6.6	
LYMPH%	%	29.1	5.8	
MONO%	%	10.2	6.1	
EO%	%	10.8	5.4	
BASO%	%	6.0	4.7	
IG%	%	11.4	3.4	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。

XN CHECK™ ST 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level2	

ロット番号	
61801102	

使用期限	
2026/09/20	

Parameters		Target	Limit	Barcode
RET#	10 ⁴ /μL	12.66	3.80	
RET%	%	2.88	0.58	
RBC-O	10 ⁴ /μL	426	43	
HFR	%	2.7	11.0	
MFR	%	16.6	28.0	
LFR	%	80.7	33.0	

Parameters		Target	Limit	Barcode
IRF	%	19.3	36.0	
RET-He	pg	22.4	2.2	
PLT-O	10 ⁴ /μL	22.7	6.8	
IPF#	10 ⁴ /μL	4.02	3.02	
IPF	%	17.7	5.0	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。