

XN CHECK™ LT 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level2	

ロット番号	
61811102	

使用期限	
2026/09/20	

Parameters		Target	Limit	Barcode
RBC	10 ⁴ /μL	423	21	
HGB	g/dL	11.8	0.5	
HCT	%	34.3	3.4	
MCV	fL	81.0	4.1	
MCH	pg	27.9	2.2	
MCHC	g/dL	34.4	4.8	

Parameters		Target	Limit	Barcode
PLT-I	10 ⁴ /μL	22.5	3.4	
RDW-SD	fL	47.6	4.8	
RDW-CV	%	16.0	1.6	
PDW	fL	9.2	1.5	
PCT	%	0.23	0.07	
MPV	fL	10.1	0.9	
P-LCR	%	22.0	33.0	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。

XN CHECK™ LT 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level2	

ロット番号	
61811102	

使用期限	
2026/09/20	

Parameters		Target	Limit	Barcode
WBC-C	10 ² /μL	73.6	6.6	
WBC-D	10 ² /μL	68.8	5.5	
NEUT#	10 ² /μL	29.6	4.4	
LYMPH#	10 ² /μL	20.7	4.1	
MONO#	10 ² /μL	7.1	4.3	
EO#	10 ² /μL	7.4	3.7	
BASO#	10 ² /μL	4.0	3.1	

Parameters		Target	Limit	Barcode
IG#	10 ² /μL	7.7	2.3	
NEUT%	%	43.0	6.5	
LYMPH%	%	30.1	6.0	
MONO%	%	10.3	6.2	
EO%	%	10.8	5.4	
BASO%	%	5.8	4.5	
IG%	%	11.2	3.4	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。