

XN CHECK™ LT 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level2	

ロット番号	
61821102	

使用期限	
2026/09/20	

Parameters		Target	Limit	Barcode
RBC	10 ⁴ /μL	427	21	
HGB	g/dL	12.4	0.5	
HCT	%	36.0	3.6	
MCV	fL	84.3	4.2	
MCH	pg	29.0	2.3	
MCHC	g/dL	34.4	4.8	

Parameters		Target	Limit	Barcode
PLT-I	10 ⁴ /μL	22.7	3.4	
RDW-SD	fL	45.1	4.5	
RDW-CV	%	14.6	1.5	
PDW	fL	9.3	1.5	
PCT	%	0.23	0.07	
MPV	fL	10.2	0.9	
P-LCR	%	23.0	34.5	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。

XN CHECK™ LT 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level2	

ロット番号	
61821102	

使用期限	
2026/09/20	

Parameters		Target	Limit	Barcode
WBC-C	10 ² /μL	75.4	6.8	
WBC-D	10 ² /μL	70.5	5.6	
NEUT#	10 ² /μL	31.1	4.7	
LYMPH#	10 ² /μL	20.4	4.1	
MONO#	10 ² /μL	7.1	4.3	
EO#	10 ² /μL	7.7	3.9	
BASO#	10 ² /μL	4.2	3.3	

Parameters		Target	Limit	Barcode
IG#	10 ² /μL	8.0	2.4	
NEUT%	%	43.9	6.6	
LYMPH%	%	29.0	5.8	
MONO%	%	10.1	6.1	
EO%	%	11.0	5.5	
BASO%	%	6.0	4.7	
IG%	%	11.4	3.4	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。