

XN CHECK™ LT 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level2	

ロット番号	
62371102	

使用期限	
2026/11/15	

Parameters		Target	Limit	Barcode
RBC	10 ⁴ /μL	424	21	
HGB	g/dL	11.9	0.5	
HCT	%	34.4	3.4	
MCV	fL	81.1	4.1	
MCH	pg	28.1	2.2	
MCHC	g/dL	34.6	4.8	

Parameters		Target	Limit	Barcode
PLT-I	10 ⁴ /μL	22.0	3.3	
RDW-SD	fL	48.0	4.8	
RDW-CV	%	16.1	1.6	
PDW	fL	9.0	1.4	
PCT	%	0.22	0.07	
MPV	fL	10.0	0.9	
P-LCR	%	21.1	31.7	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。

XN CHECK™ LT 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level2	

ロット番号	
62371102	

使用期限	
2026/11/15	

Parameters		Target	Limit	Barcode
WBC-C	10 ² /μL	78.0	7.0	
WBC-D	10 ² /μL	73.5	5.9	
NEUT#	10 ² /μL	31.0	4.7	
LYMPH#	10 ² /μL	23.3	4.7	
MONO#	10 ² /μL	7.2	4.3	
EO#	10 ² /μL	7.8	3.9	
BASO#	10 ² /μL	4.2	3.3	

Parameters		Target	Limit	Barcode
IG#	10 ² /μL	8.0	2.4	
NEUT%	%	42.1	6.3	
LYMPH%	%	31.7	6.3	
MONO%	%	9.8	5.9	
EO%	%	10.7	5.4	
BASO%	%	5.7	4.4	
IG%	%	10.9	3.3	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2～8℃)にて保管してください。