

< XN CHECK™ 表示値表 > XN-30/XN-31 用

Lot No. 43011103

Exp. date 2025年1月26日

L3 : Level 3

	RBC 10 <sup>4</sup> /μL	HGB g/dL	HCT %	MCV fL	MCH pg	MCHC g/dL	PLT 10 <sup>4</sup> /μL
TARGET	500	15.0	43.4	86.7	30.0	34.6	52.5
LIMIT	25	0.5	4.3	4.3	2.4	4.8	4.7

	RDW-SD fL	RDW-CV %	PDW fL	PCT %	MPV fL	P-LCR %
TARGET	47.2	15.3	8.3	0.49	9.3	15.0
LIMIT	4.7	1.5	1.0	0.12	0.7	22.5

	WBC-M 10 <sup>2</sup> /μL	MI-RBC# 10 <sup>2</sup> /μL	MI-RBC% %
TARGET	163.6	12.08	0.0242
LIMIT	9.8	6.04	0.0121

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。

XN CHECK の取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。

コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。

また、使用後は、速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。