







XN CHECK™ LT 表示値表



XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level1	

ロット番号	
22971101	

使用期限	
2023/01/15	

Parameters	Target	Limit	Barcode	
RBC	10 ⁴ /μL	238	12	
HGB	g/dL	5.7	0.3	
HCT	%	17.0	1.7	
MCV	fL	71.6	3.6	
MCH	pg	23.9	2.2	
MCHC	g/dL	33.5	5.0	

Parameters	Target	Limit	Barcode	
PLT-I	10 ⁴ /μL	9.1	7.3	
RDW-SD	fL	53.0	5.3	
RDW-CV	%	20.4	2.0	
PDW	fL	6.2	5.0	
PCT	%	0.07	0.08	
MPV	fL	8.1	9.0	
P-LCR	%	5.9	30.0	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。








XN CHECK™ LT 表示値表

XN-Lシリーズ用

マテリアル	
XN Control Level1	

ロット番号	
22971101	

使用期限	
2023/01/15	

Parameters	Target	Limit	Barcode	
WBC-C	10 ² /μL	32.8	3.3	
WBC-D	10 ² /μL	31.1	3.1	
NEUT#	10 ² /μL	11.9	2.4	
LYMPH#	10 ² /μL	11.1	4.4	
MONO#	10 ² /μL	3.5	2.8	
EO#	10 ² /μL	3.0	1.5	
BASO#	10 ² /μL	1.6	1.2	

Parameters	Target	Limit	Barcode	
IG#	10 ² /μL	3.1	0.9	
NEUT%	%	38.2	7.6	
LYMPH%	%	35.9	14.4	
MONO%	%	11.2	9.0	
EO%	%	9.5	4.8	
BASO%	%	5.2	4.1	
IG%	%	10.0	3.0	

ご使用の装置によっては表示されない項目があります。
 XN CHECKの取扱いについては、添付の取扱説明書を参照してください。
 コントロール血液は、1時間以上室温に放置しないでください。
 また、使用後は速やかに冷蔵庫(2~8℃)にて保管してください。