

製品安全データシート

株式会社 日本凍結乾燥研究所
 東京都清瀬市松山3-1-5
 担当部門 品質管理部
 電話 0424-92-5329
 FAX 0424-92-9392
 緊急連絡先 企画業務部
 電話 03-5800-5310
 FAX 03-5802-6730

作成 2003年4月1日

製品名 (商品名)	TPオート・FS (KW) [血清希釈液]	
物質の特定	単一製品・混合物の区分	混合物
	有害成分及び含有量	0.1%アジ化ナトリウムを含む。
危険有害性の分類	分類の名称	—
	危険性	通常の取り扱いにおいては安定。
	有害性	皮膚に接触したとき、炎症や湿疹をおこすことがまれにある。
応急処置	目に入った場合	直ちに消浄な水で15分以上洗い流し、医師の診断を受ける。
	皮膚に接触した場合	接触部位を石鹼水や水でよく洗う。かゆみ、炎症などの症状が出た場合は速やかに医師の診断を受ける。
	飲み込んだ場合	水で口の中をよく洗い、直ちに医師の診断を受ける。
火災時の措置	消火方法	該当なし。
	消火剤	該当なし。
漏出時の措置	水で洗い流し、水拭きをする。	
取り扱い及び保管上の注意	取り扱い	眼又は皮膚に触れないように注意する。
	保管	密栓状態で、2~10℃に保存する。
暴露防止措置	保護具	使用に際しては、保護眼鏡・保護手袋・保護衣等を必要に応じて、着用する。

物理化学的性質	外観	血清希釈液：褐色の液体。臭気なし。
	揮発性	水と同様。
危険性情報	通常の取り扱い条件においては安定。	
有害性情報	刺激性	皮膚に対して弱い刺激性があり、粘膜の炎症や湿疹をおこすことがまれにある。
	感作性	現在のところ知見なし。
	急性毒性	現在のところ知見なし。
	亜急性毒性	現在のところ知見なし。
	慢性毒性	現在のところ知見なし。
	がん原性	現在のところ知見なし。
	変異原性	現在のところ知見なし。
	生殖毒性	現在のところ知見なし。
	催奇形性	現在のところ知見なし。
	その他	現在のところ知見なし。
環境影響情報	現在のところ知見なし。	
廃棄上の注意	使用済みの本品は感染性医療廃棄物として関連法令に従って廃棄する。	
輸送上の注意	運搬に際しては容器に損傷がないことを確かめ、転倒・落下・損傷がないように積み込み、丁寧に扱う。	
主な適用法令	廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理ガイドライン（厚生省）	
その他	記載内容の問い合わせ先	株式会社 日本凍結乾燥研究所 品質管理部 電話 0424-92-5329 FAX 0424-92-9392
	危険・有害性の評価は必ずしも十分ではないので、取り扱いには十分注意してください。	